

San Andrés, Islas, 16 Junio de 2023

CONVOCATORIA PÚBLICA Nro. 018 DE 2023

EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERIA BIOMEDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (ESE) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, y en atención a las ofertas recibidas dentro de la Convocatoria Pública No. 018 de 2023 cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA DOTACIÓN DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID 19. SAN ANDRÉS...”, dentro de las cuales se recibieron las siguientes propuestas, que se procederá a analizar, con base en las fichas técnicas o manuales que soportan las especificaciones solicitadas en la adquisición de los equipos biomédicos y mobiliario asistencial tal como se describe a continuación:

GRUPO 1– EQUIPOS MAYORES

Nombre de la dotación	Ca nt soli ci	ELECTR ONICA MEDIC A Y CONTR OL EMCO S.A.S NIT:89 0.924.1 97-7 – Oferen te N°1	ET SERVIC ES S.A.S. NIT: 900.34 6.138 – 8 Oferen te N° 2	DISTRI BUCIO NES CLINIC AS S.A. (DISCLI NICA S.A.) NIT: 800005 727-0 Oferen te N° 3	CONSO RCIO DOTAC ION EQUIP OS MEDIC OS DISTR I MAX DEL CARIBE Oferen te N° 4	HOSPI CLINIC DE COLO MBIA S.A.S. NIT: 9 0 0 3 0 9 4 4 4- 1. Oferen te N° 5	HOSPI MEDIC OS MEDEL LIN SA NIT: 900.10 1.759- 1 Oferen te N°6	INGENI ERIA HOSPIT ALARIA S.A.S. NIT: 811.04 4.610- 4. Oferen te N°7	L.A.S. ELECTR OMEDI CINA S.A.S. NIT: 860526 809-1 860526 809-1. Oferen te N°8	OPERA NDO MÉDIC OS Y QUIRÚ RGICO S S.A. NIT: 900319 471-1. Oferen te N°9	QUIRU RGIL S.A.S. NIT: 890942 914-8 Oferen te N°10	TECNIC A ELECTR OMEDI CA. Oferen te N°11
Bomba De Infusion	71	NO CUMPLE no prese ntaron fichas tecnic as	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicita das	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicita das	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicita das	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicita das	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicita das	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicita das	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicita das	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicita das	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicita das	NO CUMPLE no se pudo verific ar las fichas tecnicas. Estaba vacío el archivo
Desfibrilador	7	NO CUMPLE no prese ntaron fichas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha	NO CUMPLE no se pudo verific ar las

		tecnic as	técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	ficha técnic a, el equip o si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	ficha técnic a, el equip o si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	fichas tecnic as. Estab a vacio el archiv o
Monitor De Signos Vitales De Transporte	2	NO CUMPLE no prese ntaron fichas tecnic as	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas.	NO CUMPLE De acuer do a la ficha técnic a, el equipo no cumpl e con todas las especi ficacio nes técnic as solicit adas.	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	NO CUMPLE De acuer do a la ficha técnic a, el equip o no cumpl e con todas las especi ficacio nes técnic as solicit adas.	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	NO CUMPLE De acuer do a la ficha técnic a, el equipo no cumpl e con todas las especi ficacio nes técnic as solicit adas.	NO CUMPLE no se pudo verific ar las fichas tecnic as. Estab a vacio el archiv o
Monitor De Signos Vitales	3	NO CUMPLE no prese ntaron fichas tecnic as	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas.	NO CUMPLE De acuer do a la ficha técnic a, el equipo no cumpl e con todas las especi ficacio nes técnic as solicit adas.	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	NO CUMPLE De acuer do a la ficha técnic a, el equip o no cumpl e con todas las especi ficacio nes técnic as solicit adas.	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnic a, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnic as solicit adas	NO CUMPLE De acuer do a la ficha técnic a, el equipo no cumpl e con todas las especi ficacio nes técnic as solicit adas.	NO CUMPLE no se pudo verific ar las fichas tecnic as. Estab a vacio el archiv o

Con base en la evaluación realizada por la documentación y fichas técnicas, remitidas por los proponentes **ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S NIT:890.924.197-7 – Oferente N°1, ET SERVICES S.A.S. NIT: 900.346.138 – 8 Oferente N° 2, DISTRIBUCIONES CLINICAS S.A. (DISCLINICA S.A.) NIT: 800005727-0 Oferente N° 3, CONSORCIO DOTACION EQUIPOS MEDICOS DISTRIMAX DEL CARIBE Oferente N° 4, HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 9 0 0 3 0 9 4 4 4-1.**

Oferente N° 5, HOSPI MEDICOS MEDELLIN SA NIT: 900.101.759-1 Oferente N°6, INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S. NIT: 811.044.610-4. Oferente N°7, L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. NIT: 860526809-1 860526809-1. Oferente N°8, OPERANDO MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS S.A. NIT: 900319471-1. Oferente N°9, QUIRURGIL S.A.S. NIT: 890942914-8 Oferente N°10, TECNICA ELECTROMEDICA. Oferente N°11.

De los proponentes antes mencionados, ET SERVICES S.A.S. NIT: 900.346.138 – 8 Oferente N° 2, DISTRIBUCIONES CLINICAS S.A. (DISCLINICA S.A.) NIT: 800005727-0 Oferente N° 3, CONSORCIO DOTACION EQUIPOS MEDICOS DISTRIMAX DEL CARIBE Oferente N° 4, HOSPI MEDICOS MEDELLIN SA NIT: 900.101.759-1 Oferente N°6, L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. NIT: 860526809-1 860526809-1. Oferente N°8, OPERANDO MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS S.A. NIT: 900319471-1. Oferente N°9, cumplen con todos los requerimientos del Lote. Entonces están habilitados para el **GRUPO 1– EQUIPOS MAYORES**

conforme a los pormenores presentados en el cuadro anterior

GRUPO 2 – EQUIPOS MENORES												
Nombre de la dotación	Cant soli ci	ELECTR ONICA MEDIC A Y CONTR OL EMCO S.A.S NIT:89 0.924.1 97-7 – Oferen te N°1	ET SERVIC ES S.A.S. NIT: 900.34 6.138 – 8 Oferen te N° 2	DISTRI BUCIO NES CLINIC AS S.A. (DISCLI NICA S.A.) NIT: 800005 727-0 Oferen te N° 3	CONSO RCIO DOTAC ION EQUIP OS MEDIC OS DISTR MAX DEL CARIBE Oferen te N° 4	HOSPI CLINIC DE COLO MBIA S.A.S. NIT: 9 0 0 3 0 9 4 4 4- 1. Oferen te N° 5	HOSPI MEDIC OS MEDEL LIN SA NIT: 900.10 1.759- 1 Oferen te N°6	INGENI ERIA HOSPIT ALARIA S.A.S. NIT: 811.04 4.610- 4. Oferen te N°7	L.A.S. ELECTR OMEDI CINA S.A.S. NIT: 860526 809-1 860526 809-1. Oferen te N°8	OPERA NDO MÉDIC OS Y QUIRÚ RGICO S S.A. NIT: 900319 471-1. Oferen te N°9	QUIRU RGIL S.A.S. NIT: 890942 914-8 Oferen te N°10	TECNIC A ELECTR OMEDI CA. Oferen te N°11
Monitor Fetal	2	NO CUMPLE no se prese ntaron fichas tecnic as	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicit adas	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicit adas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicit adas	NO CUMPLE no se pudo verific ar las fichas tecnic as. Estab a vacío el archiv o
Incubadora De Transporte	2	NO CUMPLE no se prese ntaron fichas tecnic as	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicit adas	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicit adas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técnica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técnicas solicit adas	NO CUMPLE no se pudo verific ar las fichas tecnic as. Estab a vacío el archiv o

					solicitadas						solicitadas	solicitadas	
Electrocardio Grafo	4	NO CUMPLE no presentaron fichas técnicas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE De acuerdo a la ficha técnica, el equipo no cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. En el ítem 16	NO CUMPLE no se pudo verificar las fichas técnicas. Estaba vacío el archivo	
Video Laringoscopia	2	NO CUMPLE no presentaron fichas técnicas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE De acuerdo a la ficha técnica, el equipo no cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. En el ítem 6	NO CUMPLE De acuerdo a la ficha técnica, el equipo no cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. En el ítem 7	NO CUMPLE no se pudo verificar las fichas técnicas. Estaba vacío el archivo	
Centrifuga	2	NO CUMPLE no presentaron fichas técnicas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE De acuerdo a la ficha técnica, el equipo no cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas.	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE no se pudo verificar las fichas técnicas. Estaba vacío el archivo	

										En el item 3		
Incubadora	10	NO CUMPLE no presentaron fichas técnicas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE no se pudo verificar las fichas técnicas. Estaba vacío el archivo
Lampara De Fototerapia	7	NO CUMPLE no presentaron fichas técnicas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE no se pudo verificar las fichas técnicas. Estaba vacío el archivo
Lampara De Calor Radiante	6	NO CUMPLE no presentaron fichas técnicas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	NO CUMPLE no se presentaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	SI CUMPLE. De acuerdo a la ficha técnica, el equipo si cumple las especificaciones técnicas solicitadas	NO CUMPLE no se pudo verificar las fichas técnicas. Estaba vacío el archivo

Con base en la evaluación realizada por la documentación y fichas técnicas, remitidas por los proponentes **ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S NIT:890.924.197-7 – Oferente N°1, ET SERVICES S.A.S. NIT: 900.346.138 – 8 Oferente N° 2, DISTRIBUCIONES CLINICAS S.A. (DISCLINICA S.A.) NIT: 800005727-0 Oferente N° 3, CONSORCIO DOTACION EQUIPOS MEDICOS**

DISTRIMAX DEL CARIBE Oferente N° 4, HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 9 0 0 3 0 9 4 4 4-1. Oferente N° 5, HOSPIMEDICOS MEDELLIN SA NIT: 900.101.759-1 Oferente N°6, INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S. NIT: 811.044.610-4. Oferente N°7, L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. NIT: 860526809-1 860526809-1. Oferente N°8, OPERANDO MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS S.A. NIT: 900319471-1. Oferente N°9, QUIRURGIL S.A.S. NIT: 890942914-8 Oferente N°10, TECNICA ELECTROMEDICA. Oferente N°11.

De los proponentes antes mencionados, ET SERVICES S.A.S. NIT: 900.346.138 – 8 Oferente N° 2, CONSORCIO DOTACION EQUIPOS MEDICOS DISTRIMAX DEL CARIBE Oferente N° 4, cumple con los requerimientos del Lote. Entonces estan habilitados para el GRUPO 2 EQUIPOS MENORES conforme a los pormenores presentados en el cuadro anterior.

GRUPO 3 – MOBILIARIO HOSPITALARIO												
Nombre de la dotación	Ca nt soli ci	ELECTR ONICA MEDIC A Y CONTR OL EMCO S.A.S NIT:89 0.924.1 97-7 – Oferen te N°1	ET SERVIC ES S.A.S. NIT: 900.34 6.138 – 8 Oferen te N° 2	DISTRIBUCIO NES CLINIC AS S.A. (DISCLI NICA S.A.) NIT: 800005 727-0 Oferen te N° 3	CONSO RCIO DOTAC ION EQUIP OS MEDIC OS DISTRI MAX DEL CARIBE Oferen te N° 4	HOSPI CLINIC DE COLO MBIA S.A.S. NIT: 9 0 0 3 0 9 4 4 4-1. Oferen te N° 5	HOSPI MEDIC OS MEDEL LIN SA NIT: 900.10 1.759-1 Oferen te N°6	INGENI ERIA HOSPIT ALARIA S.A.S. NIT: 811.04 4.610-4. Oferen te N°7	L.A.S. ELECTR OMEDI CINA S.A.S. NIT: 860526 809-1 860526 809-1. Oferen te N°8	OPERA NDO MÉDIC OS Y QUIRÚ RGICO S S.A. NIT: 900319 471-1. Oferen te N°9	QUIRU RGIL S.A.S. NIT: 890942 914-8 Oferen te N°10	TECNIC A ELECTR OMEDI CA. Oferen te N°11
Cama Hospitala ria Con Colchon Antiescar as 3 Planos	64	NO CUMPLE no se prese ntaron fichas tecnic as	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técn ica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técn icas solicit adas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técn ica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técn icas solicit adas	SI CUMPLE. De acuer do a la ficha técn ica, el equipo si cumpl e las especi ficacio nes técn icas solicit adas	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	NO CUMPLE no se prese ntaron para este ítem	NO CUMPLE De acuer do a la ficha técn ica, el equipo no cumpl e con todas las especi ficacio nes técn icas solicit adas. En el ítem 17	NO CUMPLE De acuer do a la ficha técn ica, el equipo no cumpl e con todas las especi ficacio nes técn icas solicit adas. En el ítem 6, 13 y 17	NO CUMPLE De acuer do a la ficha técn ica, el equipo no cumpl e con todas las especi ficacio nes técn icas solicit adas. En el ítem 17	NO CUMPLE no se pudo verific ar las fichas tecnic as. Estab a vacio el archiv o

Con base en la evaluación realizada por la documentación y fichas técnicas, remitidas por los proponentes ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S NIT:890.924.197-7 – Oferente N°1, ET SERVICES S.A.S. NIT: 900.346.138 – 8 Oferente N° 2, DISTRIBUCIONES CLINICAS S.A. (DISCLINICA S.A.) NIT: 800005727-0 Oferente N° 3, CONSORCIO DOTACION EQUIPOS MEDICOS DISTRIMAX DEL CARIBE Oferente N° 4, HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 9 0 0 3 0 9 4 4 4-1. Oferente N° 5, HOSPIMEDICOS MEDELLIN SA NIT: 900.101.759-1 Oferente N°6, INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S. NIT: 811.044.610-4. Oferente N°7, L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. NIT: 860526809-1 860526809-1. Oferente N°8, OPERANDO MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS S.A. NIT: 900319471-1. Oferente N°9, QUIRURGIL S.A.S. NIT: 890942914-8 Oferente N°10, TECNICA ELECTROMEDICA. Oferente N°11.

De los proponentes antes mencionados, **DISTRIBUCIONES CLINICAS S.A. (DISCLINICA S.A.) NIT: 800005727-0 Oferente N° 3, CONSORCIO DOTACION EQUIPOS MEDICOS DISTRIMAX DEL CARIBE Oferente N° 4, HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 900309444-1. Oferente N° 5,** cumplen con los requerimientos del Lote. Entonces están habilitados para el **GRUPO 3 MOBILIARIO HOSPITALARIO** conforme a los pormenores presentados en el cuadro anterior.



CHARLES WHITTAKER CAJAR

Profesional Universitario

INGENIERO BIOMEDICO

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.